



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3ª ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2019

Aos três dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Secretaria Municipal de Administração, reuniu-se o senhor **CLAUDICIR ALVES VASSÃO** (Pregoeiro), **DANIEL APARECIDO DOS SANTOS**, **DÉBORA SILVANO DE CAMARGO**, **ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO**, **LUCAS FELIPE FERRAZ**, **MARJORIE YURI TAMASHIRO**, **RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA** e **YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO** (Equipe de Apoio), **RUBENS MARIANO** (técnico contábil) e **MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI** (Técnica), nomeados pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme **Portarias nº 001/2019, 003/2019 e 010/2019 de 03/01/2019, Portaria nº 038/2019 de 02/07/2019 e Portaria nº 059/2019 de 20/08/2019**, para julgamento das amostras do **Processo nº 124/2019 - Pregão Eletrônico nº 073/2019** – cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP**. Aberta a sessão, houve o comparecimento da empresa **DAKFILM COMERCIAL LTDA.** representada pelo senhor **DENIS TRAVERZIM DE ABREU**, portador da cédula de identidade sob nº 26.669.500-0 SSP/SP e CPF 213.797.448-73. Ato contínuo, o Senhor Pregoeiro deu início a análise das amostras apresentadas pelas empresas **CIRURGICA UNIÃO LTDA. e MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.** A Técnica analisou a compatibilidade das amostras apresentadas com os descritivos constantes no edital de licitação, sendo constatado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	AMOSTRA
2	030.36.01828 - Tira reagente com reação enzimática glicose desidrogenase para determinação quantitativa de glicose no sangue, e que possibilite a análise em amostra capilar, arterial, venosa e de neonato, com uso de método biosensor amperométrico ou fotométrico, com codificação automática, sem necessidade de uso de chip de código. Com faixa de medição de 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl. Deve apresentar externamente dados de identificação, procedência, número de lote e validade.	GLUCOLEADER	REPROVADA. A tira utiliza enzima oxidase e aparelho com codificação (informação via manual apresentado pela empresa).
	EMPRESA: CIRURGICA UNIÃO LTDA.		



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3	030.36.01829 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, em pacotes com 10 unidades . O produto deve conter registro na ANVISA.	SR PRODUTOS	APROVADA.
	EMPRESA: MEDEFE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA.		

Diante do exposto, a Técnica decide por reprovar a amostra apresentada pela empresa **CIRURGICA UNIÃO LTDA.**, passando o item para a empresa subsequente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão.

ASSINAM:

CLAUDICIR ALVES VASSÃO (Pregoeiro)

DANIEL APARECIDO DOS SANTOS (Equipe de apoio)

DÉBORA SILVANO DE CAMARGO (Equipe de Apoio)

ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO (Equipe de Apoio)

LUCAS FELIPE FERRAZ (Equipe de Apoio)

MARJORIE YURI TAMASHIRO (Equipe de apoio)

RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA (Equipe de Apoio)



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2ª Página da 3ª Ata de julgamento do Pregão Eletrônico nº 073/2019

YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO (Equipe de Apoio)

RUBENS MARIANO (Técnico - Contábil)

MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI (Técnica)

DENIS TRAVERZIM DE ABREU
DAKFILM COMERCIAL LTDA.