



**3ª ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2019**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.**

**PREÂMBULO**

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Registro, na Secretaria Municipal de Administração – sala de licitações, sito a Rua José Antônio de Campos nº 250 - Centro, os senhores **CLAUDICIR ALVES VASSÃO** (Pregoeiro), **DANIEL APARECIDO DOS SANTOS**, **DÉBORA SILVANO DE CAMARGO**, **ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO**, **LUCAS FELIPE FERRAZ**, **MARJORIE YURI TAMASHIRO**, **RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA** e **YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO** (Equipe de Apoio), **MARIA CONSUELO LEMES** e **RENATO QUERUBIM ANDRADES** (Equipe Técnica) e **RUBENS MARIANO** (técnico-contábil), nomeados pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme **Portarias nº 001/2019, 003/2019 e 010/2019 de 03/01/2019** e **Portaria 059/2019 de 20/08/2019** para julgamento das Amostras.

Aberta a sessão, foi observada a ausência de interessados à sessão de análise. Ato contínuo, a Equipe Técnica procedeu à análise das amostras apresentadas, sendo verificado a compatibilidade destas com os descritivos constantes do edital, conforme relatório de análise, que consta aos autos do processo.

**3ª ANÁLISE DE AMOSTRAS - P.E. Nº 075/2019 - MATERIAIS DE ENFERMAGEM**

EMPRESA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	MODELO	SITUAÇÃO	MOTIVO
CIRURGICA UNIÃO LTDA	79	030.36.01714 - Espátula de ayres de madeira, com ausência de farpas, resistentes, pontas arredondadas, descartáveis, esterilizadas para coleta de exames ginecológicos, medindo 18cm de comprimento, com data de validade de esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega. Pacote com 100 unidades, Apresentar amostra.	PCT	ESTILO		APROVADO	
CIRURGICA UNIÃO LTDA	97	030.36.01490 - Fixador celular em aerosol para citologia oncológica – tubo com 100ml – unidade. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra.	UN	CRAL		APROVADO	
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	42	030.36.01688 - Coletor de urina sistema aberto confeccionado em polietileno, frasco graduado de 100/100ml com capacidade aproximada de 2000ml, com sistema de encaixe em PVC flexível. Extensão em PVC flexível, com pinça plana cortafixo, conector para sonda ou coletor peniano e alça para transporte e fixação. Embalado individualmente em invólucro plástico totalmente selado. Com dados de identificação, procedência, nº do lote e data de fabricação em local de fácil visibilidade. Apresentar amostra.	UN	MEDSHARP		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA



# PREFEITURA DE REGISTRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>CBS MEDICO CIENTIFCA S/A</b>	<b>78</b>	030.36.01713 - Espardrapo impermeável confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m - unidade. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra.	RL	adpele		REPROVADO	BAIXA QUALIDADE (NÃO COLA)
<b>SALVI E LOPES E CIA LTDA.</b>	<b>80</b>	030.36.01715 - Espécúlo vaginal descartável, tamanho G, de plástico atóxico, 43 mm em sua maior largura distal, 36 mm em sua maior largura proximal, 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Embalados individualmente - unidade. Apresentar amostra.	UN	CRALPLAST		REPROVADO	MEDIDAS NÃO CONFEREM
<b>CBS MEDICO CIENTIFCA S/A</b>	<b>81</b>	030.36.01716 - Espécúlo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm em eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Embalados individualmente - unidade. Apresentar amostra.	UN	vagispec		REPROVADO	MEDIDAS NÃO CONFEREM
<b>MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</b>	<b>82</b>	030.36.01717 - Espécúlo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Embalados individualmente - unidade. Apresentar amostra.	UN	ADLIN		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
<b>VALLEMED COMERCIAL EIRELI</b>	<b>85</b>	030.36.01718 - Estojo porta lâmina de papanicolau com capacidade até 50 lâminas. Apresentar catálogo.	UN	LABOR IMPORT		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
<b>VALLEMED COMERCIAL EIRELI</b>	<b>115</b>	030.36.01738 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra.	UN	ADVANCE		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA
<b>OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>155</b>	030.36.01757 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, acompanha mandril de aço inoxidável e flexível. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.	UN	MEDICONE		REPROVADO	NÃO APRESENTA MARCAS INDICATIVAS GRADUADAS A CADA 10CM E PESO DE TUNGSTÊNIO.



# PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ENCERRAMENTO

As amostras dos vencedores não serão devolvidas, as demais ficarão disponíveis para retirada durante o período de 10 (dez) dias após a publicação da homologação, na Secretaria Municipal de Administração sito a Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Registro/SP.

Para os itens cuja amostra foi reprovada, serão convocadas às empresas detentoras da melhor oferta subsequente, sendo informado na BLL ([bll.org.br](http://bll.org.br)) o prazo e condições para tal.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e Equipe Técnica.

### **ASSINAM:**

#### **PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO:**

---

**CLAUDICIR ALVES VASSÃO**

Pregoeiro

---

**DANIEL APARECIDO DOS SANTOS**

Equipe de Apoio

---

**DÉBORA SILVANO DE CAMARGO**

Equipe de Apoio

---

**ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO**

Equipe de Apoio

---

**LUCAS FELIPE FERRAZ**

Equipe de Apoio

---

**MARJORIE YURI TAMASHIRO**

Equipe de Apoio

---

**RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA**

Equipe de Apoio

---

**YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO**

Equipe de Apoio

#### **EQUIPE TÉCNICA:**

---

**MARIA CONSUELO LEMES**

Equipe Técnica

---

**RENATO QUERUBIM ANDRADES**

Equipe Técnica