



<< **COMUNICADO** >>

Pregão Eletrônico nº 079/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO À PROPOSTA Nº 11568.304000/1190-5 PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DR. NELSON ANTÔNIO HIRATA, DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP.

Após pedido de esclarecimento/questionamento feito, comunicamos às empresas interessadas em participar do referido certame, a indagação da empresa impetrante de forma resumida e a resposta desta Prefeitura Municipal:

Questionamento da empresa:

"[...]"

• **Referente ao item 01 - ELETROCARDÍOGRAFO:**

É solicitado que o equipamento acompanhe "2 Cabos paciente 10 vias com plug tipo clip". Questionamos se será aceito equipamento com cabo compatível com eletrodos reutilizáveis e também descartáveis, mas que tenha uma terminação diferente do tipo clip. Os cabos tipo clip possuem uma vida útil não muito longa por conta do excesso de movimentação abre/fecha que é exercido sobre o mesmo. Os cabos com terminação em encaixe permitem melhor acoplamento dos diferentes tipos de eletrodos e vida útil mais longa, por não ter sempre essa movimentação exercida sobre os mesmos.

• **Referente ao item 06 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO:**

É solicitado equipamento "com opcional de tela sensível ao toque (touchscreen)" e posteriormente que o mesmo "Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e/ou tela touch screen". Apenas gostaríamos de deixar claro, para evitar qualquer tipo de erro de interpretação por nossa parte, se a tela sensível ao toque é uma característica não obrigatoriamente solicitada nesse equipamento.

É solicitado que o equipamento acompanhe, entre outros acessórios, "1 Sensor Permanente tipo Clip uso Adulto". Questionamos se será aceito "sensor permanente tipo soft soft adulto", pois é fato que os sensores tipo soft apresentam, quando comparados ao tipo clip, maior durabilidade, melhor aderência a diferentes tamanhos de dedos e menor taxa de falhas na monitoração devido a interferências luminosas e de movimento [...]"

Resposta: "[...] informa que, os questionamentos apontados pela empresa MultiMed tem sua significância pois, traz informações da oferta de equipamentos com qualidade superior ao descritivo, pois bem, isto posto, vem esclarecer que qualquer aporte de qualidade será aceito, desde que as configurações sejam compatíveis [...]"

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, em 03 de setembro de 2021.

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário Municipal de Administração