

Razão Social	Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Resultado da Análise
AUTOMX SOLUÇÕES EIRÉLI - ME	6	6	Caixa Térmica de Aproximadamente 12 LT - deve possuir paredes e tampa com a espessura de no mínimo 50 mm e no máximo 80mm, com isolamento de fibra de vidro, deve possuir fixação da tampa à caixa por meio de dobradiças, mantendo uma boa vedação quando fechada e que não permita a retirada total da mesma, deve ser confeccionada de material lavável e rígido. Medidas aproximadas de 30cm C x 31cm L x 30cm A.	UN	MOR	12 LITROS	Reprovado - Não passui tampa basculante. Caixa utilizada para transporte de imunobiológico.
AUTOMX SOLUÇÕES EIRÉLI - ME	7	7	Caixa Térmica de Aproximadamente 20 LT - deve possuir paredes e tampa com a espessura de no mínimo 50 mm e no máximo 80mm, com isolamento de fibra de vidro, deve possuir fixação da tampa à caixa por meio de dobradiças, mantendo uma boa vedação quando fechada e que não permita a retirada total da mesma, deve ser confeccionada de material lavável e rígido. Medidas aproximadas de 46cm C x 31cm L x 30cm A.	UN	MOR	26 LITROS COM DOBRADIÇA	Reprovado - Não passui tampa basculante. Caixa utilizada para transporte de imunobiológico.
AUTOMX SOLUÇÕES EIRÉLI - ME	20	22	Termômetro Digital com registro de temperatura máxima e mínima, com função reset e com cabo extensor, Faixa de Medição de aproximadamente - 50°C a + 70°C, Cabo de aproximadamente 50 cm, Resolução de 0.1 °C.	UN	AUTOM	ATM TDMM	Aprovado
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9	9	Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações conforme especificações contidas no Termo de Referência	UN	CONTEC	ECG300G	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO
CIRURGICA UNIAO LTDA	12	12	kit de tala aramada para imobilização, confeccionada em EVA, possuindo no mínimo 4 unidades de tamanhos diferentes, deve possuir registro na anvisa.	KIT	MARIMAR	MARIMAR	Aprovado
CIRURGICA UNIAO LTDA	17	19	Pinça de dissecação anatômica 14cm, deve ser confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	GOLGRAN	GOLGRAN	Aprovado
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	2	2	Bandeja retangular medindo aproximadamente 30x20x4 cm, deve ser confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	FLEXINOX	30X20X4	Aprovado
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8	8	Desfibrilador Externo Automático para uso em procedimentos de ressucitação cardiopulmonar(RCP) Conforme especificações contidas no Termo de Referência.	UN	INSTRAMED	ION	Reprovado - Não apresenta armazenamento mínimo de 40 minutos de gravação de curva de ECG. Não possui tela de cristal liquido Não possui analise automática por impedância do paciente. Diretrizes constam desatualizadas no manual, cita 2015, temos diretrizes atuais para 2020.
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8	16	Par de eletrodo descartável adulto para desfibrilador externo automático, deve ser compatível com o equipamento ofertado no presente lote.	UN	INSTRAMED	PAS ADULTAS	Reprovado
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8	17	Par de eletrodo descartável infantil para desfibrilador externo automático, deve ser compatível com o equipamento ofertado no presente lote.	UN	INSTRAMED	PAS INFANTIS	Reprovado
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	G TECH	GLASS	Reprovado - não apresentou catálogo

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10	10	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiros em PVC, piso de madeira, revestido em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. Apresentar catálogo	UN	LIFENOX	02D	Aprovado
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	15	15	Papel de impressora termossensível gradeado, medindo 80 mm x 20m. Registro ANVISA. Apresentar catalogo. - UN	UN	TECNOPRINT	80x20M	Aprovado
SILVIO VIGIDO	18	20	Pinça kelly reta 14cm, deve ser confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	GOLGRAN	KELLY	Aprovado
SILVIO VIGIDO	21	23	Tesoura mayo stille reta 15cm, deve ser confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	GOLGRAN	STILLE	Aprovado
SILVIO VIGIDO	22	24	Tesoura cirúrgica reta com 15 cm e sem ponta, deve ser confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	GOLGRAN	S/ PONTA	Aprovado
SILVIO VIGIDO	25	27	Tesoura Spencer para retirada de pontos 9cm, confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	GOLGRAN	SPENCER	Reprovado - Medida ofertada maior que a solicitada
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	11	11	Gerador de energia movido a diesel, monofásico e bifásico possuindo chave seletora para troca da voltagem entre 115 e 230 V, com partida elétrica e manual, potência de no mínimo 5 Kva e no máximo 7 Kva, tanque com capacidade para no mínimo 10 litros de diesel, deve possuir display com medidor de tensão, motor 4 tempos, deve possuir rodas para facilitar a locomoção e certificação do INMETRO, deve possuir garantia de no mínimo 6 meses.	UN	Motomil	MDG-5000CLE	NÃO APRESENTOU CATÁLOGO
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	3	3	Bobinas de Gelo Reutilizável - Medidas aproximadas: Largura 17,5 cm profundidade / Comprimento 2,8 cm, Altura 9,8 cm, Peso aproximado 400 ml, confeccionado em plástico atóxico e com a composição interna de gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes.	UN	gelotech		Aprovado
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	4	4	Bobinas de Gelo Reutilizável - Medidas aproximadas: Largura 28 cm, profundidade / Comprimento 2,5 cm Altura 15,5 cm, Peso aproximadamente 750 ml, confeccionado em plástico atóxico e com a composição interna de gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes.	UN	gelotech		Aprovado
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	5	5	Cabo para bisturi nº 03 deve ser confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	6b invent		Aprovado
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	13	13	MALETA PRIMEIRO SOCORROS, EM PVC OU POLIPROPILENO, NA COR BRANCA COM 2 BANDEJAS ARTICULADAS, MEDIDAS APROXIMADAS 44X24X22CM. Apresentar catálogo.	UN	resgatex		Aprovado
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	14	14	Maleta primeiros socorros, com alça e fecho na cor vermelha, adesivo com a inscrição medicamentos, para acondicionar todos os primeiros socorros e medicamentos, produzido em polipropileno, com pigmento branco; atóxico e reciclável, alta resistência por flexão e boa estabilidade térmica; Dimensão (L x C x A): 16,3 x 24,2 x 12,8 cm.	UNI	resgatex		Aprovado
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	16	18	Pinça de dissecação anatômica 14cm tipo dente de rato, deve ser confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	6b invent		Aprovado
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	23	25	Tesoura íris curva 12cm com ponta, deve ser confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	6b invent		Aprovado
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	24	26	Tesoura íris reta 12 cm com ponta, deve ser confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	6b invent		Aprovado