

Razão Social	Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Resultado da Análise
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	GTECH	GLASS 10	Aprovado
VALLEMED COMERCIAL EIRELI	6	6	Caixa Térmica de Aproximadamente 12 LT - deve possuir paredes e tampa com a espessura de no mínimo 50 mm e no máximo 80mm, com isolamento de fibra de vidro, deve possuir fixação da tampa à caixa por meio de dobradiças, mantendo uma boa vedação quando fechada e que não permita a retirada total da mesma, deve ser confeccionada de material lavável e rígido. Medidas aproximadas de 30cm C x 31cm L x 30cm A.	UN	mor		Reprovado- Não passui descrição da composição de espessura mínima. Caixa utilizada para transporte de imunobiológico.
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8	8	Desfibrilador Externo Automático para uso em procedimentos de ressucitação cardiopulmonar(RCP) Conforme especificações contidas no Termo de Referência.	UN	CMOS DRAKE	LIFE 400 FUTURA	Aprovado
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8	16	Par de eletrodo descartável adulto para desfibrilador externo automático, deve ser compatível com o equipamento ofertado no presente lote.	UN	CMOS DRAKE	LIFE 400 FUTURA	Aprovado
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8	17	Par de eletrodo descartável infantil para desfibrilador externo automático, deve ser compatível com o equipamento ofertado no presente lote.	UN	CMOS DRAKE	LIFE 400 FUTURA	Aprovado
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9	9	Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações conforme especificações contidas no Termo de Referência	UN	COMEN	H3	Aprovado
SILVIO VIGIDO	11	11	Gerador de energia movido a diesel, monofásico e bifásico possuindo chave seletora para troca da voltagem entre 115 e 230 V, com partida elétrica e manual, potência de no mínimo 5 Kva e no máximo 7 Kva, tanque com capacidade para no mínimo 10 litros de diesel, deve possuir display com medidor de tensão, motor 4 tempos, deve possuir rodas para facilitar a locomoção e certificação do INMETRO, deve possuir garantia de no mínimo 6 meses.	UN	TOYAMA	TDG 6500BX	Reprovado- Não apresenta partida elétrica.
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	25	27	Tesoura Spencer para retirada de pontos 9cm, confeccionada em aço inoxidável e possuir registro na anvisa	UN	ABC	ABC	Reprovado- Não passui descrição do tipo de tesoura ofertado e medidas.