

Classificação Atual	Razão Social	Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca/modelo	Resultado da Análise
1	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	GTECH / GLASS 10	REPROVADO - NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
2	RCORE INSUMOS MÉDICOS LTDA	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	WELMY / WELMY	REPROVADO - NÃO APRESENTOU CATÁLOGO
3	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	GTECH	REPROVADO - NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
4	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	BIOLAND / EB9010 PLUS / BIOLAND / EB9010 PLUS	REPROVADO - NÃO APRESENTOU CATÁLOGO
5	KDN COMERCIO ATACADISTA	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	GTECH / GLASS	REPROVADO - NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
6	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	BIOLAND / BIOLAND	REPROVADO - NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
7	AUTOMX SOLUÇÕES EIRÉLI - ME	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	TECHLINE / TECSILVER	REPROVADO - NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
8	VALLEMED COMERCIAL EIRELI	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	avanutri	REPROVADO - NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL
9	CIRURGICA UNIAO LTDA	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	GTECH / GTECH	REPROVADO - NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL

10	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	LIDER / P180M	REPROVADO - NÃO APRESENTOU CATÁLOGO
11	ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	WELMY	REPROVADO - NÃO APRESENTOU CATÁLOGO
12	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	1	1	Balança Digital Portátil com capacidade para no mínimo 180 kg, base em vidro temperado, deve possuir visor em LCD, deve acompanhar bateria compatível com a mesma, e deverá possuir desligamento automático. O equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.	UN	BALMAK / 180KG	REPROVADO - NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL